

**処方箋医薬品^{注)}

血液保存液A液（生物学的製剤基準）

カーミパック[®] ACD-A液

Karmipack[®] ACD-A

承認番号	16200EZZ01464000
薬価収載	薬価基準未収載
販売開始	1987年4月

**貯 法：室温保存

使用期限：容器、外箱に表示

注 意：【取扱い上の注意】の項参照

**注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

【組成・性状】

1. 組成

本品は、下記の成分を含有する血液保存液（ACD-A液）である。

成 分	300mL容量	500mL容量
クエン酸ナトリウム水和物	6.6g	11.0g
クエン酸水和物	2.4g	4.0g
ブドウ糖	6.6g	11.0g

2. 性状

性 状	無色透明～微黄色透明な水溶液である
pH	4.5～5.5
浸透圧比	約1（生理食塩液に対する比）

本品の容器には、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ2-エチルヘキシル）を使用している。

【効能又は効果】

血液保存

【用法及び用量】

生物学的製剤基準（保存血液）により血液量100mLにつき15mLの割合で用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 使用済みの本品を廃棄する場合には、周囲の環境を汚染しないように注意すること。また、血液による感染を防ぐため、医療廃棄物として適正に処理すること。
- 本品は、医家向け製品であり、医師専門家の指示に従って使用すること。また、他の目的には使用しないこと。
- 本品は可塑剤であるフタル酸ジ2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので、注意すること。

2. 副作用^{1,2)}

本品は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

下記の副作用があらわれることがあるので観察を十分行い、副作用が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
短時間大量投与	クエン酸による血中カルシウムイオン濃度の低下

3. 適用上の注意

カルシウム含有製剤と混和すると凝血をおこすおそれがあるため混合輸注はしないこと。

【取扱い上の注意】

- 通気針は不要である。
- 輸液口に針を刺す際は、まっすぐ刺すこと。斜めに刺すと輸液口の側壁を貫通し、液漏れの原因となることがある。
- 本品は滅菌済みで、1回限りの使い捨てである。再使用・再滅菌はしないこと。
- 連結管による連続投与は行わないこと。
- 外観、内容物などに異常が認められたときは使用しないこと。
- 万一、保存液漏れ、その他の異常が認められた場合は使用しないこと。
- 蒸気滅菌工程の水蒸気あるいはその後の熱処理のため、バッグが不透明になったり、輸液口内に微量の水分が残留することがあるが、使用上問題はない。ただし著しい水濡れや、内容液のリークが疑われる場合は使用しないこと。
- 輸液口カバーが破れているときは使用しないこと。
- 使用期限内でも包装を開封したものは速やかに使用すること。
- 1～30℃の清潔な場所で保存すること。また、直射日光や水濡れのおそれのある場所や湿度の高い場所での保存はさけること。
- 本品はプラスチック製品であるから、運搬、操作時には振動や衝撃を加えないように十分注意すること。

【包 装】

300mL×30袋

500mL×20袋

【主要文献及び文献請求先】

- 宮尾秀樹ほか：医療 36(6), 566 (1982)
- 湯浅晋治ほか：外科治療 55(2), 191 (1986)

**SBカワスミ株式会社

〒210-8602

神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目2番4号

電話番号：044-589-8070

**【製造販売業者等】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602

神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目2番4号