

**2012年6月改訂 (第3版)

*2009年6月改訂

貯 法

保存条件 遮光, 室温保存

容 器 気密容器

使用期限 容器に記載

注 意 「取扱い上の注意」の項参照

日本標準商品分類番号
872260

承認番号 22000AMX02218000

**薬価収載 2012年6月

販売開始 2009年1月

** 含嗽剤
ポビドンヨードガーグル7%「日医工」
** 7% POVIDONE-IODINE GARGLE

【禁 忌 (次の患者には使用しないこと)】

本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1. 組 成

1mL中 日本薬局方 ポビドンヨード 70mg
(有効ヨウ素として7mg)

添加物 グリセリン
サッカリンナトリウム水和物
l-メントール
サリチル酸メチル
ハッカ油
エタノール

2. 製剤の性状

本品は暗褐色の液で、特異なおいがある。

pH 1.5 ~ 3.0

比重 d_{20}^{20} : 約 1.0

【効能・効果】

咽喉炎, 扁桃炎, 口内炎, 抜歯創を含む口腔創傷の感染予防,
口腔内の消毒。

【用法・用量】

用時 15 ~ 30 倍 (2 ~ 4 mL を約 60mL の水) に希釈し, 1
日数回含嗽する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与 (次の患者には慎重に使用すること)

甲状腺機能に異常のある患者 [血中ヨウ素の調節ができず甲
状腺ホルモン関連物質に影響を与えるおそれがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を
実施していない。

(1) 重大な副作用

ショック, アナフィラキシー様症状 (呼吸困難, 不快感,
浮腫, 潮紅, 蕁麻疹等) (頻度不明) があらわれることが
あるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には,
直ちに使用を中止し, 適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

	頻 度 不 明
過敏症 ^{注)}	発疹等
口 腔	口腔・咽喉の刺激感, 口腔粘膜びらん, 口中の あれ等
消 化 器	悪心等
そ の 他	不快感

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

(1) 使用部位

含嗽用にのみ使用させること。

(2) 使用時

- 1) 用時希釈して使用させること。
- 2) 抜歯後等の口腔創傷の場合, 血餅の形成が阻害されると
思われる時期には, はげしい洗口を避けさせること。
- 3) 銀を含有する補綴物等が変色することがある。
- 4) 眼に入らないように注意すること。入った場合には, 水
でよく洗い流すこと。

【薬効薬理】

殺菌力試験⁽¹⁾

ポビドンヨードガーグル7%「日医工」の30倍希釈液の殺菌
力は以下のとおりである。

菌 株	処理時間			
	2.5 分	5 分	10 分	15 分
<i>E.coli</i> ATCC8739	—	—	—	—
<i>S.aureus</i> ATCC6538	—	—	—	—
<i>S.pyogenes</i> ATCC9027	—	—	—	—
<i>S.sanguis</i> ATCC10449	—	—	—	—
<i>P.gingivalis</i> HIC2401	—	—	—	—
<i>C.albicans</i> ATCC10231	—	—	—	—

(—): 死滅した

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名: ポビドンヨード (Povidone-Iodine)

化学名: Poly [(2-oxopyrrolidin-1-yl) ethylene] iodine

分子式: $(C_6H_9NO)_n \cdot xI$

性 状: 暗赤褐色の粉末で, わずかに特異なおいがある。
水又はエタノール (99.5) に溶けやすい。
1.0g を水 100mL に溶かした液の pH は 1.5 ~ 3.5
である。

構造式:



【取扱い上の注意】

1. 用時希釈し, 希釈後は早めに使用すること。
2. 衣類に付いた場合は水で容易に洗い落とすことができる。
また, チオ硫酸ナトリウム溶液で脱色できる。

安定性試験⁽²⁾:

最終包装製品を用いた加速試験 (40°C, 相対湿度 75%, 6 ヵ
月) の結果, 通常の市場流通下において 3 年間安定であるこ
とが推測された。

【包 装】

30mL (ポリ) × 50, 250mL (ポリ)

【主要文献】

** (1) 日医工株式会社 社内資料: 殺菌力試験

** (2) 日医工株式会社 社内資料: 安定性試験

【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎ (0120) 517-215 Fax (076) 442-8948

製造販売元
日医工株式会社
NICH-IKO 富山市総曲輪1丁目6番21