#### 日本標準商品分類番号 87273

## 承認番号 13800AZZ02585000 保険適用 1963年8月 販売開始 1963年8月 再評価結果 1980年8月

## 根管消毒・鎮痛鎮静剤

## \*\* 劇薬

# クレオドン®

(グアヤコール)

CREODON®

\* 貯 法:光を避けて室温で保管すること。 使用期限:外箱及びラベルに表示の使用期限

内に使用すること。

#### 【組成・性状】

#### 1. 組成

100 mL 中に次の成分を含有する。〈有効成分〉グアヤコール

100 mL

## 2. 製剤の性状

無色~淡紅色澄明の油状の液で、特異な芳香がある。

#### 【効能・効果】

齲窩及び根管の消毒、歯髄炎の鎮痛鎮静、根端(尖) 性歯周組織炎の鎮痛鎮静

#### 【用法・用量】

適量を患部に貼付する。

**歯髄処置の場合**: 齲窩の拡大、清掃後、適量を小綿球 に浸潤させて窩内に挿入し、仮封する。

根管処置の場合: 齲窩・根管(髄腔)の拡大、清掃後、 適量を滅菌綿繊維又はペーパーポイントに浸潤させ て根管内に挿入し、仮封する。

## 【使用上の注意】

#### 1. 副作用

## 過敏症 (頻度不明)

過敏症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な 処置を行うこと。

#### 2. 適用上の注意

- (1) 軟組織に対し局所作用を現すので、口腔粘膜等に付着させないよう配慮すること。
- (2) 軟組織に付着した場合には、直ちに清拭し、消毒用エタノール、グリセリン、植物油等で清拭するか、又は多量の水で洗うなど適切な処置を行うこと。

また、手指等に付着した場合には、石けん等を用いて水又は温湯で洗浄すること。

万一眼に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄する等の適切な処置を行うこと。

(3) 歯科用にのみ使用すること。

#### 3. その他の注意

#### 急性毒性(グアヤコール)5)

ラット 経口  $LD_{50} = 725 \text{ mg/kg}$ 

#### 【臨床成績】1)

適用	症例数	成 績		
	加上的数	良好	概良	不 良
歯髄処置	194	187	7	0
根管処置	108	101	5	2

#### 【薬効薬理】

#### <薬理作用>

本剤はグアヤコールの迅速な局所麻酔作用により<sup>6)</sup>、 齲窩の消毒、各種の歯髄炎及び根端(尖)性歯周組織 炎に対し優れた鎮痛鎮静、消炎作用を示す<sup>1)3)7)</sup>。

#### <消毒作用>

グアヤコールのフェノール係数は 0.9 であり、消毒作用を有するとともに  $^{40}$ 、各種細菌、真菌に対しても広範な抗菌力を持つ  $^{20}$ 。

# 【有効成分に関する理化学的知見】®\*

一般名:グアヤコール (Guaiacol)

化学名:2-Methoxyphenol

分子式: C7H8O2 (分子量: 124.14)

OCH<sub>3</sub>

構造式: OH

\* 性 状:本品は無色~淡紅色澄明の油状の液又は無色の結晶で、特異な芳香があり、液は強く光線を屈折する。本品はジメチルホルムアミド、エタノール (95) 又はジエチルエーテルと混和する。本品は水にやや溶けにくい。(結晶の融点は約28℃である。)

## 【包 装】

10 mL

## 【主要文献】\*

- 1) 森本 優, 淺井康宏, 寺門有二, 渡辺 正, 服部玄門, 関根永滋: クレオドンの臨床成績について, 歯科学報, 60(8), 111 ~ 116, 1960.
- \* 2) 社内資料: 北里研究所: クレオドン (グアヤコール) 及びクロラムフェニコールの抗菌力試験 (1963).
  - 3) 淺井康宏: グアヤコール及び亜鉛華グアヤコールが 歯髄に及ぼす影響に関する臨床病理学的研究, 歯科学報, 64(8),  $1 \sim 74$ , 1964.
  - 4) 吉利 和, 石川浩一, 真下啓明:臨床薬理学体系, (14), 113, 1966.
  - 5) 米国国立職業安全衛生研究所: 4万2千種化学薬品毒性データ集成, 1975.
- \* 6) 社内資料: 栄研環境科学研究所: キャンフェニック、 クレオドン神経麻痺試験 (1975).
  - 7) 鳥居栄一: グアヤコール及び亜鉛華グアヤコール が麻酔抜髄創に及ぼす影響に関する臨床病理学的研 究,

歯科学報, 76(8), 91~135, 1976.

8) 日本薬局方外医薬品規格(2002).

## 【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

請 求 先:ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 住 所:〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

ホームページ: http://www.neo-dental.com/

フリーダイヤル: 00 0120-07-3768

#### 製造販売元

